

教育部科技发展中心函件

2017 年高校实验室安全现场检查发现问题 整改通知书

编号:LBS20170107

华北电力大学：

根据教育部科技司《关于开展 2017 年度高校科研实验室安全检查工作的通知》(教技司〔2017〕255 号)的部署，受科技司委托，我中心派专家组于 2017 年 12 月 1 日对你校实施了科研实验室安全管理现场检查，共发现了 29 个整改项(见附件 1)。请逐一对照、分析原因、采取有效措施实施整改，并在 1 个月内向我中心提交符合要求的整改报告(格式见附件 2)。同时，希望学校举一反三，对全校实验室开展无死角、全覆盖的安全自查与整改，不断提升安全管理工作。

联系人：教育部科技发展中心 孔翦

电 话：010-82503990 15810211545

地 址：北京市海淀区中关村大街 35 号 807

邮 箱：educma@cutech.edu.cn

附件 1. 华北电力大学实验室安全现场检查发现问题汇总表

附件 2. 高校实验室安全现场检查整改报告(格式)



附件 1.

2017 年高校实验室安全现场检查发现问题汇总表

学校名称： 华北电力大学 检查时间： 2017.12.1

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	1.1.3	实验室安全督查队伍需完善，进一步建立专业化的督查专家队伍	
2	1.3.1	实验室安全管理常规经费投入需适当增加	
3	2.1	校级层面的实验室安全管理制度体系需根据学科特点和要求进一步建设完善	
4	5.1.2	部分实验室门口的安全信息牌信息不准确	
5	5.1.3	部分实验室安全风险警示标识的张贴位置不规范，高温设备、配电箱等普遍未张贴安全警示标识	主楼 F0208
6	5.1.4	部分实验室一个房门被大量物品堵塞，不能通行	教四楼 C512, C516
7	5.3.2	部分实验室堆放杂物，卫生状况欠佳	
8	6.1.1	消防设施设备无定期检查记录	
9	6.1.4	多数疏散通道指示灯不亮，部分通道应急照明灯不足或缺失	
10	6.2.5	紧急喷淋装置、洗眼器等没有定期巡检记录	
11	7.1.2	部分实验室配电箱较多但标识不清晰，不利于必要时的分断操作	主楼 B0812
12	7.1.3	个别实验室存在老式木质配电板	主楼 F0208
13	7.1.4	接线板串接使用，且插有较多用电设备，部分接线板直接放置在地面	主楼 B0727, F0205, F0439, F0114
14	7.1.10	个别房间配电箱被杂物或设备遮挡，不便于操作	
15	7.2.1	个别实验室水龙头损坏，未及时维修更换	教四楼 C512
16	8.1.2	需进一步加强危险化学品、管制类化学品采购的规范化管理	
17	8.2.2	部分实验室的化学品储存柜不符合要求，无通风	教四楼 C516

18	8.2.3	化学品未按要求进行分类存放	
19	8.2.6	部分化学品存放时间长，标签已腐蚀脱落	主楼 F0114
20	8.2.7	废弃试剂未及时清理处置	主楼 B0811
21	8.4.1	危险化学品的双人双锁管理不规范	主楼 F0114
22	8.6.2	部分气体钢瓶放置在高温设备边上；个别气体钢瓶没有固定	主楼 B0811, B0815,F0205, F0114
23	8.6.3	危险气体（如氢气、氨气等）未放置在气瓶柜内，也未安装报警装置和张贴警示标识	主楼 F0114
24	8.6.6	气体钢瓶普遍无状态标识和检验合格标识，部分钢瓶油漆脱落	
25	8.7	实验室危险化学废物的收集与处置工作需加强	
26	8.8	学校没有危化品仓库，也没有废物中转站	
27	8.9.4	个别实验室使用饮料瓶存放试剂、样品，且未撕去原包装纸，部分无标签	主楼 B0812，教四楼 C513
28	10.2.3	放射性实验场所的安全警示标识张贴位置不规范	教三楼 C106
29	11.1.4	大型设备使用记录不规范，信息不全	主楼 B0727, B0811

检查组组长： 陈敬德

检查组成员： 何一萍、彭华松、郑元锁、张锡良

附件 2. 整改报告封面及正文格式

高校实验室安全现场检查 整改报告

编写人：_____

审核人： （主管部门负责人）

签发人： （分管校领导）

××大学（盖章）

二〇××年××月××日

实验室安全现场检查整改报告

根据教育部科技司《关于开展 2017 年度高校科研实验室安全检查的通知》(教技司〔2017〕?号)的部署,教育部科技发展中心派出由×××、×××、×××和×××等×位专家和×××观察员组成的检查组,于 2017 年×月×日对我校实施了实验室安全管理现场检查,检查共发现了××个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1			
2			
3			

根据教育部科技发展中心×月×日反馈我校的“整改通知书”,我校于×月×日召开了全体(或相关)人员大会,就现场检查发现的问题进行了研究讨论,布置落实了整改方案和责任人。经大家的努力,现已完成整改工作,具体情况汇报如下:

一、×.×.×的问题整改

- 1、存在问题描述:
- 2、原因分析:
- 3、整改措施与结果:
- 4、证明材料: 请写明材料名称,立即整改条款应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等;不能立整立改的条款应附学校正式的整改计划、措施等文件

二、×.×.×的问题整改

- 1、存在问题描述：……
- 2、原因分析：……
- 3、整改措施与结果：……
- 4、证明材料：（同上）

……

综上所述，我校已完成了本次实验室安全现场检查发现问题的全部整改（或：已完成了？个问题条款的整改，尚有？个条款因时间、政策等限制不能马上完成，我们将持继续抓落实，早日完成整改，于半年内提交报告）。我校将举一反三，进一步加强全校实验室安全管理和实践，提升管理水平，为创建平安和谐校园而继续努力。（结语文字仅供参考，各校可另写）

××大学（盖章）

二〇××年×月×日